



Art 409-413-5708-5709 – Opornice za koleno

MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745

INDIKACIJE

5708 opornica za koleno z odprtino in stabilizatorjem pogačice

Preprečevanje in zdravljenje blagih poškodb kolena.

Preprečevanje nestabilnosti pogačice med športno dejavnostjo.

Pri zmerni nestabilnosti pogačice.

Pomoč pri rehabilitaciji po operaciji in po poškodbah kolena ter pri boleznih, kot so tendinitis, zvin in nateg mišic.

409-413 opornica za koleno z gelom in stabilizatorjem pogačice

5709 opornica za koleno z gelom in stabilizatorjem pogačice, odprtino in stabilizatorjem pogačice

Preprečevanje in zdravljenje poškodb ter travm kolena. Lateralno-medialna stabilizacija.

Preprečevanje nestabilnosti pogačice med športno dejavnostjo.

Po posegu zaradi subluksacije pogačice.

KONTRAINDIKACIJE

Kontraindikacije niso predvidene, če se pripomoček uporablja v skladu z navodili in pod zdravniškim nadzorom.

OPOZORILA

Za pravilno uporabo se posvetujte z medicinskim in/ali strokovnim tehničnim osebjem glede izbire modela, pravilne velikosti, načina in časa uporabe ter pravilne namestitve.

Pripomoček ni sterilen. Ne nameščajte ga v stik z ranjeno kožo.

Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku s pripomočkom.

Ne spreminjajte strukture medicinskega pripomočka, da ne bi spremenili njegove funkcionalnosti.

Materiali, uporabljeni pri izdelavi, po naših dosedanjih izkušnjah običajno ne povzročajo stranskih učinkov.

Če se pojavijo stranski učinki, takoj prenehajte z uporabo in se obrnite na medicinsko osebje.

Uporaba ni priporočljiva v primeru potrjene občutljivosti na sestavne materiale.

NAMESTITEV

Pri nameščanju opornice svetujemo, da ne vlečete z odprtine za pogačico, ampak izključno z zgornjega roba opornice; v nasprotnem primeru lahko poškodujete izdelek.

NAVODILA ZA PRANJE

Perite z mlačno vodo in blagim milom.

Sušite stran od virov toplote.

ODSTRANITEV

Odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

ODLAGANJE

Odložite v skladu z veljavno zakonodajo.

POROČILA

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si





**Art 409-413-5708-5709 – Opornice za koleno
MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745
INDIKACIJE**

5708 opornica za koleno z odprtino in stabilizatorjem pogačice Preprečevanje in zdravljenje blagih poškodb kolena.

Preprečevanje nestabilnosti pogačice med športno dejavnostjo.

Pri zmerni nestabilnosti pogačice.

Pomoč pri rehabilitaciji po operaciji in po poškodbah kolena ter pri boleznih, kot so tendinitis, zvin in nateg mišic.

409-413 opornica za koleno z gelom in stabilizatorjem pogačice

5709 opornica za koleno z gelom in stabilizatorjem pogačice, odprtino in stabilizatorjem pogačice

Preprečevanje in zdravljenje poškodb ter travm kolena. Lateralno-medialna stabilizacija.

Preprečevanje nestabilnosti pogačice med športno dejavnostjo.

Po posegu zaradi subluksacije pogačice.

KONTRAINDIKACIJE

Kontraindikacije niso predvidene, če se pripomoček uporablja v skladu z navodili in pod zdravniškim nadzorom.

OPOZORILA

Za pravilno uporabo se posvetujte z medicinskim in/ali strokovnim tehničnim osebjem glede izbire modela, pravilne velikosti, načina in časa uporabe ter pravilne namestitve.

Pripomoček ni sterilan. Ne nameščajte ga v stik z ranjeno kožo.

Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku s pripomočkom.

Ne spreminjajte strukture medicinskega pripomočka, da ne bi spremenili njegove funkcionalnosti.

Materiali, uporabljeni pri izdelavi, po naših dosedanjih izkušnjah običajno ne povzročajo stranskih učinkov.

Če se pojavijo stranski učinki, takoj prenehajte z uporabo in se obrnite na medicinsko osebje.

Uporaba ni priporočljiva v primeru potrjene občutljivosti na sestavne materiale.

NAMESTITEV

Pri nameščanju opornice svetujemo, da ne vlečete z odprtine za pogačico, ampak izključno z zgornjega roba opornice; v nasprotnem primeru lahko poškodujete izdelek.

NAVODILA ZA PRANJE

Perite z mlačno vodo in blagim milom.

Sušite stran od virov toplote.

ODSTRANITEV

Odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.


ODLAGANJE

Odložite v skladu z veljavno zakonodajo.

POROČILA

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13
10093 Collegno (To) Italy
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126
E-mail – info@safte.it
www.safte.it

info@opornice.net ali info@medicas.si

