



Art 241 – IMOBILIZATOR PALCA MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745 INDIKACIJE

Tendinitis. Vnetna in boleča stanja.
Rizartroza. Nestabilnost metakarpofalangealnega sklepa.
Imobilizacija palca.

KONTRAINDIKACIJE

Hude izpahi, ki zahtevajo popolno imobilizacijo.
Zlomi. Odprte rane z oteklino.

OPOZORILA

Za ustrezno uporabo se posvetujte z zdravstvenim osebjem in/ali strokovnjakom glede izbire modela, ustrezne velikosti ter načina in časa uporabe.

Pozor: medicinski pripomoček ni sterilen.

Ne nameščajte neposredno na poškodovano kožo.

Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku s pripomočkom.

Ne spreminjajte strukture medicinskega pripomočka, saj lahko to vpliva na njegovo delovanje.

Po naših izkušnjah materiali, uporabljeni pri izdelavi pripomočka, v večini primerov ne povzročajo stranskih učinkov.

V primeru otekline, nenormalne bledice kože ali drugih stranskih učinkov takoj prekinite uporabo in se posvetujte z zdravstvenim osebjem.

Opornico je treba nastaviti pravilno in udobno, tako da ne ovira krvnega obtoka.

Pred uporabo poskrbite, da so morebitne rane ali okužena mesta ustrezno oskrbljena.

NAMESTITEV

1. Nadenite tekstilni del opornice kot rokavico.
2. Vstavite napravo tako, da vstavite palec.
3. Prilagodite pripomoček za popolno prileganje.
4. Imobilizator lahko ortopedski tehnik rahlo termično oblikuje z uporabo toplega zraka (pištola na vroč zrak).

NAVODILA ZA PRANJE

Pred pranjem zapnite vse trakove.

Ročno operite v topli vodi z blagim milom.

Za sušenje ovijte pripomoček v suh brisačo, da vpije vlago.

Ne izpostavljajte virom toplote.

ODLAGANJE

Odložite v skladu z veljavno zakonodajo.

POROČILA

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si





Art 241 – IMOBILIZATOR PALCA MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745 INDIKACIJE

Tendinitis. Vnetna in boleča stanja.
Rizartroza. Nestabilnost metakarpofalangealnega sklepa.
Imobilizacija palca.

KONTRAINDIKACIJE

Hude izpahi, ki zahtevajo popolno imobilizacijo.
Zlomi. Odprte rane z oteklino.

OPOZORILA

Za ustrezno uporabo se posvetujte z zdravstvenim osebjem in/ali strokovnjakom glede izbire modela, ustrezne velikosti ter načina in časa uporabe.

Pozor: medicinski pripomoček ni sterilen.

Ne nameščajte neposredno na poškodovano kožo.

Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku s pripomočkom.

Ne spreminjajte strukture medicinskega pripomočka, saj lahko to vpliva na njegovo delovanje.

Po naših izkušnjah materiali, uporabljeni pri izdelavi pripomočka, v večini primerov ne povzročajo stranskih učinkov.

V primeru otekline, nenormalne bledice kože ali drugih stranskih učinkov takoj prekinite uporabo in se posvetujte z zdravstvenim osebjem.

Opornico je treba nastaviti pravilno in udobno, tako da ne ovira krvnega obtoka.

Pred uporabo poskrbite, da so morebitne rane ali okužena mesta ustrezno oskrbljena.

NAMESTITEV

1. Nadenite tekstilni del opornice kot rokavico.
2. Vstavite napravo tako, da vstavite palec.
3. Prilagodite pripomoček za popolno prileganje.
4. Imobilizator lahko ortopedski tehnik rahlo termično oblikuje z uporabo toplega zraka (pištola na vroč zrak).

NAVODILA ZA PRANJE

Pred pranjem zapnite vse trakove.

Ročno operite v topli vodi z blagim milom.

Za sušenje ovijte pripomoček v suh brisačo, da vpije vlago.

Ne izpostavljajte virom toplote.

ODLAGANJE

Odložite v skladu z veljavno zakonodajo.

POROČILA

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si

