

ART 229 – NOČNI KOREKTOR ZA HALLUX VALGUS MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745 NAVODILA

Preprečevanje in korekcija deformacije nožnega palca (hallux valgus).

KONTRAINDIKACIJE

Neželeni učinki niso poznani, če se pripomoček uporablja v skladu z navodili / opozorili.

OPOZORILA

Posvetujte se s predpisujočim zdravnikom ali strokovnim tehničnim osebjem glede ustreznosti izdelka, pravilne velikosti ter načina in trajanja uporabe.

Pozor: izdelek ni sterilen. Ne nameščajte ga v neposreden stik z rano. Ne spreminjajte njegove strukture.

Če se pojavijo neželeni učinki, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom in/ali ortopedskim tehnikom.

Ne hodite in ne naslanjajte stopala na tla s korektorjem: lahko se zlomi zaradi pritiska telesne teže.

NAČIN UPORABE:

Preverite ustrezno velikost in izberite model za desno ali levo stopalo, glede na potrebo. Namestite v skladu z ilustracijo.

Napenjanje naj bo izvedeno tako, da je popravek deformacije prsta viden.

Napenjajte nežno, da se korekcija postopno doseže skozi čas in se prst lahko privadi na nov položaj.

ODSTRANJEVANJE ODPADKOV:

Odstraniti v skladu s predpisi veljavne zakonodaje.

POROČILA

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si





Popolnoma odprite zapiralni trak in ga izvlecite skozi odprtino.

Trak poravnajte tako, da sega izpod podplata.

Korektor namestite med palec in drugi prst na nogi. Vbočeni del korektorja mora biti v stiku s palcem.



Vzemite zapiralni trak, ki sega izpod stopala, ga speljite čez nart do odprtine, trak vstavite v odprtino in ga zaprite tako, da se prilepi sam nase.



Prilagodite napetost zapiralnega traku tako, da se palec postopoma poravna, brez prisilnega obremenjevanja sklepa.

ART 229 – NOČNI KOREKTOR ZA HALLUX VALGUS MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745 NAVODILA

Preprečevanje in korekcija deformacije nožnega palca (hallux valgus).

KONTRAINDIKACIJE

Neželeni učinki niso poznani, če se pripomoček uporablja v skladu z navodili / opozorili.

OPOZORILA

Posvetujte se s predpisujočim zdravnikom ali strokovnim tehničnim osebjem glede ustreznosti izdelka, pravilne velikosti ter načina in trajanja uporabe.

Pozor: izdelek ni sterilan. Ne nameščajte ga v neposreden stik z rano. Ne spreminjajte njegove strukture.

Če se pojavijo neželeni učinki, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom in/ali ortopedskim tehnikom.

Ne hodite in ne naslanjajte stopala na tla s korektorjem: lahko se zlomi zaradi pritiska telesne teže.

NAČIN UPORABE:

Preverite ustrezno velikost in izberite model za desno ali levo stopalo, glede na potrebo. Namestite v skladu z ilustracijo.

Napenjanje naj bo izvedeno tako, da je popravek deformacije prsta viden.

Napenjajte nežno, da se korekcija postopno doseže skozi čas in se prst lahko privadi na nov položaj.

ODSTRANJEVANJE ODPADKOV:

Odstraniti v skladu s predpisi veljavne zakonodaje.

POROČILA

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si





Popolnoma odprite zapiralni trak in ga izvlecite skozi odprtino.

Trak poravnajte tako, da sega izpod podplata.

Korektor namestite med palec in drugi prst na nogi. Vbočeni del korektorja mora biti v stiku s palcem.



Vzemite zapiralni trak, ki sega izpod stopala, ga speljite čez nart do odprtine, trak vstavite v odprtino in ga zaprite tako, da se prilepi sam nase.



Prilagodite napetost zapiralnega traku tako, da se palec postopoma poravna, brez prisilnega obremenjevanja sklepa.